

RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS

Nº.: 12776/16 - 00

CLIENTE

Cliente: SOLUS SOLUCOES ESTEREIS - EIRELI - EPP

Proposta: 00656 /16

Endereço: Rua General Aristides Athayde Junior 208 - Bigorriho
Curitiba - PR - C.E.P.: 80730-370

DADOS DA AMOSTRA

Data e Hora da Amostragem: 03/11/2016 16:05

Data e Hora do Recebimento: 04/11/2016 09:45

Ponto de Amostragem: Hospital Pilar - Marcia Pinheiro Carvalho

Tipo de Amostragem: --

Responsável pela Amostragem: Cliente

Tipo de Amostra: Solução Nutritiva Parenteral

Responsável pelo Transporte: Cliente

Procedimento de Amostragem: --

Data de Fabricação: N.I.*

Validade: N.I.*

Lote: A0849/16

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)

Data de Início: 04/11/2016

Data do Término: 21/11/2016

Objetivo: Análises laboratoriais em amostra de Nutrição Parenteral - Sem comparativo com legislação vigente.

RESULTADOS

Análises Microbiológicas

| Parâmetro | Método | LQ ⁽¹⁾ | Resultado | VMP ⁽²⁾ | Expressão |
|-----------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Teste de Esterilidade | USP 30 | -- | Ausência | - | /5mL |

NOTAS

(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado / (²)VMP: Valor Máximo Permitido / N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante
O valor estabelecido como < significa ausência de microorganismos ou grupo pesquisado.

COMENTÁRIOS

O resultado obtido significa ausência de microorganismos viáveis.

METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

The United States Pharmacopeia. 30 ed. 2007

Curitiba, 23 de Novembro de 2016

Carla Andressa Zampiri
Bióloga
CRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.
A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.